

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup i instalacja badawczego mikroskopu biologicznego wraz z oprogramowaniem do analizy obrazu**”, znak: IA.272.1.2015.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy w biologicznym mikroskopie badawczym dopuszcza się zmieniacz powiększeń o zakresach: 1x –2x.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2:

Prosimy o podanie wymaganych istotnych parametrów technicznych dla mikroskopowej kamery cyfrowej, w tym:

- wielkość i typ przetwornika,
- system przesyłania obrazu,
- czas ekspozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje istotne parametry techniczne dla mikroskopowej kamery cyfrowej: Mikroskopowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min.: 5.0 MPiX, z przetwornikiem typu c-mount CCD o rozmiarze min. 2/3 cala oraz szybkością przesyłania obrazu min. 700 Mbit/s.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie wymaganych funkcji mikroskopowego oprogramowania do analizy obrazu.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymagane funkcje mikroskopowego oprogramowania do analizy obrazu:

- funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów,
- automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach- nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp.,
- zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe,
- zapis zdjęć w formatach: BMP, TIFF, LIM, JPG, JPEG2000.

Pytanie 4:

Na rynku jest dostępne różnorodne oprogramowanie biurowe różniące się często tylko drobnymi szczegółami. W związku z bardzo szerokim i szczegółowym opisem oprogramowania biurowego prosimy o wskazanie przykładowych pakietów oprogramowania, które wg Zamawiającego spełniają wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Opis oprogramowania pozwala na ustalenie jaki rodzaj oprogramowania biurowego jest wymagany przez Zamawiającego.

Pytanie 5:

Czy dopuszcza się, ze względu na specjalistyczne słownictwo, wydruki testów dotyczących sprzętu komputerowego w angielskiej wersji językowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wydruki testów dotyczących sprzętu komputerowego w angielskiej wersji językowej wraz z tłumaczeniem na język polski.

Pytanie 6:

Czy w umowie §6 p. 1 Zamawiający zgodzi się na zastąpienie słów „udziela gwarancji producenta” słowami „udziela gwarancji producenta lub własnej”. Niektóre oferowane urządzenia jak np. mikroskop mają budowę klockową. Wykonawca kompletuje je z kilkudziesięciu modułów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W związku z tym na całość urządzenia gwarancję może udzielić w swoim imieniu tylko wykonawca, który ma zawartą odpowiednią umowę z producentem.

Odpowiedź:

Zamawiający w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt 1 i 2 niniejszej informacji.

Pytanie 7:

W zał. 1 wymagana jest autoryzacja serwisu tylko dla komputera. Natomiast zgodnie z §6 p. 2 umowy wymagany jest autoryzowany serwis producenta dla wszystkich pozycji sprzętowych. W związku z tym czy Zamawiający zgodzi się na zmianę treści pierwszego zdania w w/w punkcie na: „Wszelkie naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji. Dla zestawu komputerowego wymagany jest autoryzowany serwis producenta”.

Odpowiedź:

Zamawiający w tym zakresie dokonuje modyfikacji zapisu w sposób określony w pkt 1 i 2 niniejszej informacji.

Pytanie 8:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wyszczególnionej w §7 p. b umowy do wysokości 0,1%. Przewidziana kara w wysokości 1% jest drastycznie wysoka i nie spotykana w takiej wysokości w przetargach na sprzęt badawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wyszczególnionej w §7 p. c umowy do wysokości 0,1%. Przewidziana kara w wysokości 5% jest drastycznie wysoka i nie spotykana w takiej wysokości w przetargach na sprzęt badawczy. Przy tak wysokiej karze już przy kilkudniowym opóźnieniu może być bardziej korzystne dla wykonawcy odstąpienie od umowy niż jej realizacja.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej wyszczególnionej w §7 p. d umowy do wysokości 0,1%. Przewidziana kara w wysokości 2% jest drastycznie wysoka i nie spotykana w takiej wysokości w przetargach na sprzęt badawczy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę §10 p. 2. umowy. W zdaniu „Wykonawca przedstawi oświadczenie producenta o zaprzestaniu produkcji danego modelu sprzętu i zastąpienie go nowym modelem” proponujemy usunięcie słowa „producenta”. Producent nie ma obowiązku wystawiania takiego oświadczenia, a więc jego uzyskanie może być nie możliwe. Tym bardziej, że wykonawca większości sprzętu kupuje u dystrybutora, a nie u producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

II. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i monitorami

1. Komputer stacjonarny:

15) Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera – oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. (Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia dostarcza najpóźniej w dniu dostawy sprzętu, dokumenty potwierdzające złożone oświadczenie),

Jest:

II. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i monitorami

1. Komputer stacjonarny:

15) Producent sprzętu komputerowego musi posiadać Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu komputerowego,

2. W załączniku nr 5 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji producenta na dostarczony sprzęt, poczynając od daty wystawienia faktury, zgodnie z zasadami określonymi w ofercie tj:

- | | |
|---|------------------|
| - Biologiczny mikroskop badawczy | - miesięcy, |
| - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i dwoma monitorami | - miesięcy, |
| - Drukarka laserowa | - miesięcy, |
| - Zasilacz awaryjny | - miesięcy, |
| - Dyski zewnętrzne | - miesięcy, |

2. Wszelkie naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji przez autoryzowany serwis producenta. W razie nie wywiązania się z obowiązków gwarancyjnych przez przedsiębiorstwo serwisowe, Wykonawca przyjmuje wszelkie obowiązki związane z serwisem i gwarancją.

Jest:

§ 6

1. Wykonawca udziela gwarancji producenta lub własnej na dostarczony sprzęt, poczynając od daty wystawienia faktury, zgodnie z zasadami określonymi w ofercie tj:

- | | |
|---|------------------|
| - Biologiczny mikroskop badawczy | - miesięcy, |
| - Zestaw komputerowy z oprogramowaniem i dwoma monitorami | - miesięcy, |
| - Drukarka laserowa | - miesięcy, |
| - Zasilacz awaryjny | - miesięcy, |
| - Dyski zewnętrzne | - miesięcy, |

2. Wszelkie naprawy będą dokonywane w miejscu instalacji.

3. W załączniku nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

I. Biologiczny mikroskop badawczy

Biologiczny mikroskop badawczy:

- 15) Mikroskopowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min.: 5.0 MPiX.
- 16) Mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu.

Jest:

I. Biologiczny mikroskop badawczy

Biologiczny mikroskop badawczy:

15) Mikroskopowa kamera cyfrowa o rozdzielczości min.: 5.0 MPiX, z przetwornikiem typu c-mount CCD o rozmiarze min. 2/3 cala oraz szybkością przesyłania obrazu min. 700 Mbit/s.

16) Mikroskopowe oprogramowanie do analizy obrazu.

- funkcja pomiarów planimetrycznych: odległości horyzontalnych, wertykalnych lub określanych dowolnie, obwodów, pól powierzchni, kątów, zliczania obiektów
- automatyczna statystyka pomiarów przedstawiana liczbowo w arkuszach kalkulacyjnych lub graficznie na diagramach
- nanoszenia na zdjęcia napisów, strzałek, oznaczeń itp.
- zmiana obrazów kolorowych na czarno-białe
- zapis zdjęć w formatach: BMP, TIFF, LIM, JPG, JPEG2000.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Inspekcji Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
mgr inż. Waldemar Wach
DYREKTOR
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska